

消毒用エタノール「マルイシ」

5L

2014年11月改訂(第2版)	
日本標準商品分類番号	872615
承認番号	16100AMZ00995
薬価収載	1955年9月
販売開始	1992年4月
再評価結果	1982年8月

貯法：遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存。
 使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

●**禁忌**(次の部位には使用しないこと)
 損傷皮膚及び粘膜[損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。]

- 組成・性状**
- 組成
エタノール(C₂H₆O)76.9~81.4vol% 含有。
 - 性状
無色澄明の液である。水と混和する。
本品は点火するとき、淡青色の炎をあげて燃える。揮発性である。
比重²⁰₄: 0.860~0.873

- 効能・効果**
 手指・皮膚の消毒、手術部位(手術野)の皮膚の消毒、医療機器の消毒

- 用法・用量**
 本品をそのまま消毒部位に塗布する。

- 使用上の注意**
- 重要な基本的注意
 - (1)本剤が眼に入らないように注意すること。眼に入った場合は直ちによく水洗すること。
 - (2)広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
[エタノール蒸気に大量に又は繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。]

- 2.副作用
 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発疹等
皮膚 ^{注)}	刺激症状

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

- 3.適用上の注意
 投与経路：外用にのみ使用すること。
 使用時：
 (1)同一部位(皮膚面)に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
 (2)血清、膿汁等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。
 (3)合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーター等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。
 (4)本剤は引火性、爆発性があるため、火気(電気メス使用等も含む)には十分注意すること。また、電気メスによる発火事故が報告されているので、電気メス等を使用する場合には、本剤を乾燥させ、アルコール蒸気の拡散を確認してから使用すること。
- 4.その他の注意
 承認外の経皮的エタノール注入療法(PEIT)使用例で、注入時の疼痛、酩酊感、発熱、本剤の局所外流出による重篤な胆道・腹腔内等での出血、肝梗塞、肝不全等が報告されている。

- 薬効薬理**
 本剤は、使用濃度において、栄養型細菌(グラム陽性菌、グラム陰性菌)、酵母菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞(炭疽菌、破傷風菌等)及び一部のウイルスに対する効果は期待できない。

折りたたみ説明図

注意：折りたたむ際には液が残っているおそれがありますので取り扱いには注意してください。(ラベルに記載されている注意をご参照願います。)

省資源化・ゴミの削減化の為、折りたたんで捨てられる減容容器を使用しています。



- ①両手で上から押さえる様に容器の空気を抜きながら、折り目に沿ってたたみます。
 ②③上下を内側に折りたたみます。
 ④空気が入らない様にキャップをしめます。



キャップ：PP
 ボトル：PE
 ラベル：PE

MARUISHI

殺菌消毒剤

消毒用エタノール「マルイシ」

Ethanol for Disinfection [Maruishi]

76.9~81.4
vol%

日本薬局方
消毒用エタノール

製造販売元
 丸石製薬株式会社
 大阪市鶴見区今津中2-4-2

火気厳禁


第 4 類
 アルコール類
 水溶性
 危険等級Ⅱ

「マルイシ」アルコール消毒用エタノール

5L

空気穴(赤矢印部分)の取り扱い

- 空気穴(赤矢印部分)は空気圧を調節するためのものであり、使用時にはキャップをはずして、**使用後はしっかりと閉めてください。**
- 容器の傾けの程度により**空気穴から液が漏れることがあります**ので、液をそそぐ際、空気穴に液が触れないように注意してください。



〈調剤包装単位用コード〉

 (01)04987211230586

〈販売包装単位用コード〉

 (01)14987211130586

消毒用エタノール「マルイシ」

5L

2009年6月作成(第1版)	
日本標準商品分類番号	872615
承認番号	16100AMZ00995
薬価収載	1955年9月
販売開始	1992年4月
再評価結果	1982年8月

貯 法：遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存。
 使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

●**禁忌**(次の部位には使用しないこと)
 損傷皮膚及び粘膜[損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。]

●組成・性状

- 組成
エタノール(C₂H₆O)76.9~81.4vol% 含有。
- 性状
無色澄明の液である。水と混和する。
本品は点火するとき、淡青色の炎をあげて燃える。揮発性である。
比重d₄¹⁵: 0.860~0.873

●効能・効果

手指・皮膚の消毒、手術部位(手術野)の皮膚の消毒、医療機器の消毒

●用法・用量

本品をそのまま消毒部位に塗布する。

●使用上の注意

- 重要な基本的注意
 (1)本剤が眼に入らないように注意すること。眼に入った場合は直ちによく水洗すること。
 (2)広範囲または長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
 [エタノール蒸気に大量にまたは繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。]

2.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発疹等
皮膚 ^{注)}	刺激症状

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3.適用上の注意

投与経路：外用にのみ使用すること。

使用時：

- 同一部位(皮膚面)に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- 血清、膿汁等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。
- 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテテル等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。
- 本剤は引火性、爆発性があるため、火気(電気メス使用等も含む)には十分注意すること。また、電気メスによる発火事故が報告されているので、電気メス等を使用する場合には、本剤を乾燥させ、アルコール蒸気の拡散を確認してから使用すること。

4.その他の注意

承認外の経皮的エタノール注入療法(PEIT)使用例で、注入時の疼痛、酩酊感、発熱、本剤の局所外流出による重篤な胆道・腹腔内等での出血、肝梗塞、肝不全等が報告されている。

●薬効薬理

本剤は、使用濃度において、栄養型細菌(グラム陽性菌、グラム陰性菌)、酵母菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞(炭疽菌、破傷風菌等)及び一部のウイルスに対する効果は期待できない。

折りたたみ説明図

注意：折りたたむ際には液が残っているおそれがありますので取り扱いには注意してください。(ラベルに記載されている注意をご参照願います。)

省資源化・ゴミの削減化の為、折りたたんで捨てられる減容容器を使用しています。



- ①両手で上から押さえる様に容器の空気を抜きながら、折り目に沿ってたたみます。
- ②③上下を内側に折りたたみます。
- ④空気が入らない様にキャップをしめめます。



キャップ：PP
 ボトル：PE
 ラベル：PE

MARUISHI

殺菌消毒剤

消毒用エタノール「マルイシ」

Ethanol for Disinfection [Maruishi]

76.9~81.4
vol%

日本薬局方
消毒用エタノール

製造販売元
 丸石製薬株式会社
 大阪市鶴見区今津中2-4-2

火気厳禁


アルコール類
 水溶性
 危険等級Ⅱ

「マルイシ」アルコール消毒用エタノール

5L

空気穴(赤矢印部分)の取り扱い

- 空気穴(赤矢印部分)は空気圧を調節するためのものであり、使用時にはキャップをはずして、**使用後はしっかりと閉めてください。**
- 容器の傾けの程度により**空気穴から液が漏れることがあります**ので、液をそそぐ際、空気穴に液が触れないように注意してください。



JAN



GS1-RSS

